Diinsel®
EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**

AVANCE TECNOLÓGICO HUMANO

PRUEBA RÁPIDA D-CHECK ZIKA

(Sangre Total/Suero/Plasma)



DESCRIPCIÓN:

El casete de prueba rápida de Zika NS1 Ag (sangre total/suero/plasma) es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral rápido destinado a la detección cualitativa y rápida del antígeno NS1 contra el virus del Zika en sangre total, suero o plasma humanos. Esta prueba sirve como ayuda en el diagnóstico de laboratorio clínico de pacientes con síntomas clínicos compatibles con la enfermedad del Zika. Los resultados son preliminares, y cualquier muestra reactiva con el casete de prueba rápida Zika NS1 Ag (sangre total/suero/plasma) debe confirmarse con métodos de prueba alternativos y hallazgos clínicos.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD:


· Almacene la prueba a una temperatura de entre 2 y 30 °C en un lugar protegido de la luz solar directa.
· NO CONGELAR.
· La prueba debe utilizarse a temperatura ambiente (15-30 °C).
· El casete de la prueba sin sellar tiene una validez de 1 hora.
· Se recomienda utilizar el casete de la prueba inmediatamente después de abrirlo.
· La fecha de caducidad figura en el envase.

PRECAUCIONES:

Lea las instrucciones de uso completa y detenidamente antes de realizar la prueba. El incumplimiento de las instrucciones de uso puede dar lugar a resultados inexactos o inválidos.

1. No utilice el kit de prueba después de su fecha de caducidad.
2. No lo utilice si el hisopo, el tampón o la bolsa están dañados o rotos.
3. No coma, beba ni fume en la zona donde se manipulen las muestras o los kits.
4. No realice la prueba en una habitación con corrientes de aire fuertes, por ejemplo, con un ventilador eléctrico o aire acondicionado potente.
5. No utilice este kit con muestras que no sean suero y plasma humanos. Otros fluidos corporales o muestras diluidas pueden no dar resultados precisos y no deben utilizarse.
6. El casete de prueba y el gotero son de un solo uso. No los reutilice bajo ninguna circunstancia.
7. Utilice equipo de protección individual (EPI) adecuado, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular, cuando se analicen las muestras.
8. La humedad y las altas temperaturas pueden afectar negativamente a los resultados.
9. Una recogida, almacenamiento o transporte inadecuados o inapropiados de las muestras pueden dar lugar a resultados falsos.
10. La prueba debe realizarse en un lugar bien iluminado.
11. No se deben formar burbujas de aire al añadir la muestra al pocillo de muestra. La formación de burbujas puede provocar un volumen insuficiente de muestra y un resultado falso.
12. Maneje todas las muestras como si fueran materiales «infecciosos». Siga los procedimientos adecuados de bioseguridad y bioprotección al realizar la prueba y al desechar las muestras.

MODO DE USO





1. Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio sellada y utilícelo lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza en el plazo de una hora.

2. Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada.

Para muestras de suero o plasma: Sostenga el gotero en posición vertical, vierta 2-3 gotas de suero o plasma (aprox. 60-90 µL) en el pocillo de muestra (S) del casete de prueba y, a continuación, ponga en marcha el temporizador.

Conmutador: 81 8040.2972
Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en diinsel.com

Diinsel®
EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**

AVANCE TECNOLÓGICO HUMANO

PRUEBA RÁPIDA D-CHECK ZIKA


(Sangre Total/Suero/Plasma)



3. Muestras de sangre total: Sostenga el gotero en posición vertical y vierta 2 gotas de muestra (o aproximadamente 60 µL) en el pocillo de muestra (S) del casete de prueba; a continuación, añada 1 gota de tampón y ponga en marcha el temporizador.

4. Espere a que aparezca la línea o líneas rojas. Lea los resultados de la prueba a los 15 minutos. No lea los resultados antes de los 15 minutos ni después de los 20 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Conmutador: 81 8040.2972
Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en diinsel.com